

EU-Einbauerklärung

Automatikmodul – Distimatic

Wir, die Heidolph Instruments GmbH & Co. KG,

Heidolph Instruments GmbH & Co. KG

Walpersdorfer Straße 12

91126 Schwabach / Deutschland

erklären, dass nachstehend bezeichnete Geräte in Konzeption und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den grundlegenden Anforderungen der zutreffenden, aufgeführten EU- Richtlinien entspricht. Bei einer mit uns nicht abgestimmten Änderung an dem Gerät verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Die Anforderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG sind für folgende Geräte erfüllt:

DISTIMATIC HVI M.ABS. A	591-61110-xx-x
DISTIMATIC HVI M.ABS. R	591-61120-xx-x
DISTIMATIC HVI O.ABS. A	591-61210-xx-x
DISTIMATIC HVI O.ABS. R	591-61220-xx-x

Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
EMV-Richtlinie 2014/30/EU
Delegierte RoHS-Richtlinie 2015/863/EU

Angewandte (harmonisierte) Normen:
EN ISO 12100:2010, EN 61326-1:2013, EN 61010-1:2020, EN IEC 63000:2018

Die speziellen technischen Unterlagen gemäß Anhang VII Teil B wurden erstellt. Auf begründetes Verlangen können diese Unterlagen zu der unvollständigen Maschine einer einzelstaatlichen Stelle per Post oder E-Mail übermittelt werden.

Die unvollständige Maschine darf erst dann in Betrieb genommen werden, wenn gegebenenfalls festgestellt wurde, dass die Maschine, in die die unvollständige Maschine eingebaut werden soll, den Bestimmungen dieser Richtlinie entspricht.

Schwabach, 20.05.2021



Wolfgang Jaenicke
Geschäftsführer
Managing Director



Jörg Ziel
Qualitätsmanager
Quality Manager